



LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU

Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-I-632-00-2021
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-I-632-00-2021

Akreditācijas lēmuma datums: 2021.08.11.
Date of the accreditation decision: 2021.08.11.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17020:2012
Accreditation Standard: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Akreditācijas periods 2021.08.11. – 2026.08.10.
The Accreditation period: 2021.08.11. – 2026.08.11.

Inspekcijas tips: C
Type of inspection: C

Akreditētā institūcija: "Rovico Buroo OU filiāle "Rovico Latvia"
Adrese: Rovico Būroo OŪ branch „ROVICO LATVIA”

Accredited body: Rovico Būroo OŪ branch „ROVICO LATVIA”
Address: Darzciema street 60, Riga, LV-1073

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā:
alkometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana

Accreditation scope in the mandatory scope:
initial and periodical verification of alcohol breathe analyzer

Inspicēšanas objekts	Inspicēšanas veids	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un procedūras
Alkometri <i>Evidential breath analyzers</i>	Pirmreizējā verificēšana	Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 624 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”
Diapazons <i>Measuring range</i> (0,00 – 4,99) mg/l BrAC		Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumi Nr. 310 “Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda alkohola koncentrāciju personas izelpas gaisā”

<p>Precizitāte: <i>Accuracy</i> ±0,02 mg/l, ja masas koncentrācija < 0,400 mg/l ±0,02 mg/l for mass concentrations < 0,400 mg/l</p> <p>±5%, ja masas koncentrācija ≥ 0,400 mg/l un ≤2,000 mg/l ±5% for mass concentrations ≥ 0,400 mg/l and ≤ 2,000 mg/l</p> <p>(references vērtība – 0,9 mg/L) / 2 visām masas koncentrācijām, kuras ir lielākas par 2 mg/L (Reference value – 0,9 mg/L) / 2 for all mass concentrations greater than 2 mg/L</p>		OIML R-126:2012 Alkometri
<p>Alkometri <i>Evidential breath analyzers</i></p> <p>Diapazons <i>Measuring range</i> (0,00 – 4,99) mg/l BrAC</p> <p>Precizitāte: <i>Accuracy</i> ±0,02 mg/l, ja masas koncentrācija < 0,400 mg/l ±0,02 mg/l for mass concentrations < 0,400 mg/l</p> <p>±5%, ja masas koncentrācija ≥ 0,400 mg/l un ≤2,000 mg/l ±5% for mass concentrations ≥ 0,400 mg/l and ≤2,000 mg/l</p> <p>±20%, ja masas koncentrācija > 2,00 mg/l ±20% for mass concentrations > 2,000 mg/l</p>	Atkārtotā verificēšana	Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr. 981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”
		OIML R-126:2012 Alkometri
		Metodika RV2-ALK2021 “Atkārtotās verificēšanas instrukcija” (27.07.2021.)

Akreditācijas apliecības un tās pielikuma lietošanas noteikumi aprakstīti LATAK D.021 dokumentā.
The rules for the use of Accreditation certificate and its annexes are described in LATAK D.021 document.

Akreditētās institūcijas aktuālo akreditācijas statusu un akreditācijas darbības sfēru skatīt valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" tīmekļvietnē www.latak.gov.lv.
The actual accreditation status and accredited scope of activities can be verified via homepage of state agency Latvian National Accreditation Bureau www.latak.gov.lv.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
THIS DOCUMENT IS ELECTRONICALLY SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP