



LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
Latvian National Accreditation Bureau

Pielikums akreditācijas apliecībai
Accreditation Certificate Appendix

Reģistrācijas Nr. LATAK-T-428-06-2010
Registration No. LATAK-T-428-06-2010

Akreditācijas lēmuma datums: 2019.10.25.
Date of the accreditation decision: 2019.10.25.

Akreditācijas periods: 2019.11.05.-2024.11.04.
Accreditation period: 2019.11.05.-2025.11.04.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17025:2017
Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17025:2017

Akreditētā institūcija: SIA "EDEN SPRINGS LATVIA" Mikrobioloģijas laboratorija
Accredited body: SIA "EDEN SPRINGS LATVIA" Microbiology laboratory

Adrese: Rīgas gatve 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Address: Riga's street 8, Adazi, Adazi district, LV-2164

Akreditācijas reglamentētā sfēra:
dzeramā ūdens paraugu ņemšana un mikrobioloģiskā testēšana

*Accreditation mandatory scope:
microbiological testing and sampling of drinking water*

Objekts	Nosakāmie rādītāji	Inform. avots	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr.	Metode	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums	Regl.
1	2	3	4	5	6	7
					Ministru kabineta 14.11.2017 noteikumi Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"	1
Dzeramais ūdens	Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) (22±2)°C un (36±2)°C		LVS EN ISO 6222:1999	1	Ūdens kvalitāte - Kultivētu mikroorganismu uzskaitē - Koloniju skaits, inokulējot barojošā agara barotnē	1
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		LVS EN ISO 16266:2008	2	Ūdens kvalitāte. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> noteikšana un uzskaitē. Membrānfiltrācijas metode	1
	Koliformas baktērijas un <i>Escherichia coli</i>		LVS EN ISO 9308-1:2014 (Amd.1:2016)	3	Ūdens kvalitāte. <i>Escherichia coli</i> un koliformas baktēriju skaitīšana. 1.daļa: Membrānfiltrācijas metode ūdeņiem ar zemu bakteriālo floras fonu	1
	Zarnu enterokoki		LVS EN ISO 7899-2:2006	4	Ūdens kvalitāte. Zarnu enterokoku noteikšana un uzskaitē. 2.daļa: Membrānfiltrācijas metode	1
	Paraugu ņemšana		LVS ISO 5667-5:2007	5	Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 5.daļa: Norādījumi dzeramā ūdens paraugu ņemšanai no sagatavošanas iekārtām un cauruļvadu sadales sistēmām	1