



# LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS

Pielikums akreditācijas apliecībai  
Reģistrācijas Nr. LATAK-K-063-20-2001

Akreditācijas lēmuma datums: 2020.02.19.

Akreditācijas periods: 2020.04.01.-2025.03.31.

Akreditācijas standarts: LVS EN/ISO IEC 17025:2017

Akreditētā institūcija: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" Nesagraujošās kontroles laboratorija

Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

Atrašanās vieta: Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057

Reglamentētā akreditācijas sfēra: manometru kalibrēšana

Mēriels/ Mērīšanas līdzeklis (kalibrēšanas objekti)	Diapazons	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie $k=2$	Nosacījumi	Piezīmes
1	2	3	4	5
				Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"
Spiediens/ Manometri	-0,08 ÷ 0 MPa	0,0025 MPa	Gaisa temperatūra $20 \pm 5$ °C Gaisa relatīvais mitrums līdz 80%	Metode ĶTML-K/5-18 (18.02.2019.) "Manometru kalibrēšana"
	0 ÷ 6 MPa	0,002 MPa		
	0 ÷ 60 MPa	0,05 MPa		