



Valsts aģentūra
„Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs”

Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējā līguma (EA MLA) dalībnieks testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, personu un pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūciju, inspicēšanas, validēšanas un verificēšanas institūciju akreditācijas jomās

AKREDITĀCIJAS APLIECĪBA

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"
ar šo apliecina, ka

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TERMES” kalibrēšanas laboratorija

Reģistrācijas numurs: 40003438184

Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīga, LV-1079

atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un ir
kompetenta veikt kalibrēšanu

Akreditācija periods no 2022. gada 6. decembra līdz 2027. gada 5. decembrim

Lēmums pieņemts 2026. gada 30. janvārī, Rīgā

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK- K-231-26-2002 uz 16 lapām

*Informācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas atrašanās vietām, akreditācijas sfēru un akreditācijas statusu ir pieejama Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv (Institūcijas Nr. K-231)
Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: pasts@latak.gov.lv; tālrunis +371 67373051*





State agency
"Latvian National
Accreditation Bureau"

*Signatory of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA
MLA) in the field of accreditation of testing and calibration laboratories, certification bodies for
products, persons and management systems, inspection bodies, validation and verification
bodies*

ACCREDITATION CERTIFICATE

State agency Latvian National Accreditation Bureau approves that

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TERMES”

Calibration laboratory

Registration number 40003438184

Legal address Druvienas Street 18-8, Riga, LV-1079

**conforms to the requirements of the standard LVS EN ISO/IEC
17025:2017 and is competent to perform calibration**

Accreditation period from 6th December 2022 to 5th December 2027

*Date of the Accreditation Committee decision: 30th of January 2026, Riga
Accreditation Certificate No LATAK- K-231-27-2002 on 16 pages*

*Information about the accreditation scope and status is available on web page www.latak.gov.lv (Accreditation
registration No K-231)*

*State Agency "Latvian National Accreditation Bureau" Brivibas Street 55, Riga, LV-1010, Latvia
e-mail: pasts@latak.gov.lv; phone +371 67373051*



Adrese:

Sergeja Eizenšteina iela 43A, Rīga, LV-1079 (R)

Ārpus pastāvīgās darba vietas (Ā)

Address:

Sergeja Eizensteina Street 43A, Riga, LV-1079 (R)

Actions taken outside the permanent location (Ā)

Akreditācijas sfēra

Ūdens patēriņa skaitītāju, plūsmas mērītāju, pretestības, bimetālisko, elektronisko, manometrisko, stikla un infrasarkanā distances termometru, termovizoru un termokameru, termostatu, neautomātisko svaru, spiediena mērlīdzekļu, sfigmomanometru, mērtrauku tilpuma mērīšanai, atsvaru, vertikālo cilindrisko tilpņu (rezervuāru), mērlentu, mērlentu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, metru, lineālu un mērstieņu šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, bīdinstrumentu, mikrometru, sietu un automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu, gaisa mitruma mērīšanas ierīču, ceļa mērīšanas riteņu, indikatoru, dinamometrisko atslēgu un refraktometru kalibrēšana

Accreditation scope

Calibration of watermeters, flow meters, resistance, bimetal, digital, manometric, liquid-in-glass and infrared distance thermometers, thermostats, non-automatic weighing instruments, pressure gauges, sphygmomanometers, capacity measures, weights, vertical cylindrical tanks, measuring tapes, measuring tapes with weight for gauging the liquid level in tanks; meters, rules, dipsticks used for gauging the liquid level in tanks, micrometers, vernier caliper, test sieves, automatic liquid level and temperature measuring system, air humidity measuring devices, road measuring wheels, indicator, torque wrenches, refractometers

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods</i> ¹	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites</i> ²
					Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr. 693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"/ <i>Cabinet Regulation No 693 "Regulations on calibration of measuring instruments" (adapted 25th of August 2008)</i>	1	
1.	Ūdens patēriņa skaitītāji/ <i>Water meters</i>	Tilpums/ <i>Volume</i>	0,015 m ³ /h ÷ 80,0 m ³ /h	0,20 %	Metode TRM.KM.01-01 "Ūdens patēriņa skaitītāju kalibrēšanas metode" (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.01-01 "Water meter calibration method" (01.08.2022)</i>		R
2.	Plūsmas mērītāji/ <i>Flow meters</i>	Plūsma/ <i>Flow</i>	0,015 m ³ /h ÷ 80,0 m ³ /h	0,20 %	Metode TRM.KM.04-03 "Plūsmas mērītāju kalibrēšanas metode" (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.04-03 "Flow meter calibration" (01.08.2022)</i>		R

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
3.	Pretestības termometri/ <i>Resistance thermometers</i>	Temperatūra/ <i>Temperature</i>	-35 °C ÷ +250 °C	0,01 °C	Metode TRM.KM.02-03” Pretestības termometru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.02-03 “Resistance thermometers calibration method” (01.08.2022)</i>	1	R, Ā
			0 °C	0,01 °C			
4.	Bimetāliskie termometri/ <i>Bimetal thermometers</i>	Temperatūra/ <i>Temperature</i>	-30 °C ÷ + 250 °C	0,10 °C	Metode TRM.KM.09-05 “Bimetālisko termometru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.09-05 “Bimetal thermometers calibration method” (01.08.2022)</i>	1	R, Ā
5.	Elektroniskie termometri/ <i>Digital thermometers</i>	Temperatūra/ <i>Temperature</i>	-30 °C ÷ + 250 °C	0,02 °C	Metode TRM.KM.10-05 “Elektronisko termometru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.10-05 “Digital thermometers calibration method” (01.08.2022)</i>	1	R, Ā
6.	Manometriskie termometri/	Temperatūra/ <i>Temperature</i>	-30 °C ÷ + 250 °C	0,20 °C	Metode TRM.KM.11-05 “Manometrisko termometru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/	1	R, Ā

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
	<i>Manometric thermometers</i>				<i>Method TRM.KM.11-05 “Manometric thermometers calibration method” (01.08.2022)</i>		
7.	Stikla termometri/ <i>Liquid-in-glass thermometers</i>	Temperatūra/ <i>Temperature</i>	-30 °C ÷ + 250 °C	0,10 °C	Metode TRM.KM.12-05 “Stikla termometru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.12-05 “Liquid-in-glass thermometers calibration method” (01.08.2022)</i>	1	R, Ā
8.	Infrasarkanie distances termometri, termovizori, termokameras/ <i>Infrared distance thermometers</i>	Temperatūra/ <i>Temperature</i>	-10 °C ÷ + 500 °C	0,39 °C	Metode TRM.KM.17-15 “Infrasarkano distances termometru, termovizoru un termokameru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.17-15 “Infrared distance thermometers, thermal imager and thermal camera calibration method” (01.08.2022)</i>		R, Ā
9.	Termostati/ <i>Thermostats</i>	Temperatūra/ <i>Temperature</i>	-30 °C ÷ + 150 °C	0,18 °C	Metode TRM.KM.08-03 “Termostatu kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM. 08-03 “Thermostats calibration method” (01.08.2022)</i>		R, Ā

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
10.	Neautomātiskie svāri/ <i>Non-automatic weighing instruments</i>	Masa/ <i>Mass</i>	200 mg 500 mg 1 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 30 kg 50 kg 100 kg 200 kg 500 kg 1000 kg 2000 kg	0,010 mg 0,011 mg 0,016 mg 0,022 mg 0,030 mg 0,034 mg 0,055 mg 0,13 mg 1,2 mg 8,2 mg 10 mg 12 mg 25 mg 1,5 g 2,0 g 21 g 0,11 kg 0,30 kg 0,55 kg 0,61 kg	Metode TRM.KM.05-03 “Neautomātisko svaru kalibrēšanas metode” (01.10.2022.)/ <i>Method TRM.KM.05-03 “Non-automatic weighing instruments calibration method” (01.10.2022)</i> Svaru kalibrēšanā izmantojamie atsvari (klasifikācija pēc OIML R 111) E2 no 1 mg līdz 1 kg F1 no 1 g līdz 20 kg M1 no 10 mg līdz 20 kg M2 2000 kg x 30 gab.- kopējā masa 60 000 kg <i>The weights used during weighing instrument calibration (classification according to OIML R 111) E2 from 1 mg to 1kg F1 from 1 g to 20 kg M1 from 10 mg to 20 kg</i>		R, Ā

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
			6000 kg 10000 kg	4,2 kg 4,7 kg	<i>M2 2000 kg x 30 pcs. - total mass 60 000 kg</i>		
			20000 kg 60000 kg 150000 kg	8,9 kg 42 kg 48 kg			
11.	Manometri, vakuometri, manovakuometri/ <i>Pressure gauges</i>	Spiediens/ <i>Pressure</i>	-0,09 MPa ÷ 60 MPa	0,27%	Metode TRM.KM.06-03 “Spiediena mērlīdzekļu kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.06-03 “Pressure gauges calibration method” (01.08.2022)</i>	1	R, Ā
			0 MPa ÷ 6 MPa (manometru 0.4, 0.6 klase) <i>(Pressure gauges class 0.4, 0.6)</i>	0,0002 MPa ÷ 0,0011 MPa			
12.	Sfigmomanometri/ <i>Sphygmomanometers</i>	Spiediens/ <i>Pressure</i>	0 mm Hg ÷ 300 mm Hg	0,64 mm Hg	Metode TRM.KM.18-15 “Sfigmomanometru kalibrēšanas metode” (01.12.2024.)/ <i>Method TRM.KM.18-15 “Sphygmomanometers calibration method” (01.12.2024)</i>		R, Ā

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
13.	Mērtrauki spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai/ <i>Capacity measures for alcohol and petroleum products</i>	Tilpums/ <i>Volume</i>	2 L 5 L 10 L 20 L 50 L 50 ÷ 200 L 200 ÷ 500 L 500 ÷ 1000 L 1000 ÷ 2000 L 2000 ÷ 5000 L	0,33 mL 0,40 mL 1,3 mL 2,7 mL 3,8 mL 7,2 mL 31 mL 60 mL 0,12 L 0,33 L	Metode TRM.KM.13-05 “Mērtrauku kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.13-05 “Capacity measures calibration method” (01.08.2022)</i>	1	R, Ā
14.	Atsvari/ <i>Weighs</i>	Nosacīta masa/ <i>Conventional mass</i>	1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg	0,031 mg 0,031 mg 0,031 mg 0,031 mg 0,031 mg 0,032 mg 0,032 mg 0,033 mg 0,033 mg	Metode TRM.KM.15-06 “Atsvaru kalibrēšanas metode” (01.10.2022.)/ <i>Method TRM.KM.15-06 “Weights calibration method” (01.10.2022)</i> Kalibrējamo atsvaru nenoteiktību vērtības atbilst: F1 precizitātes klases 1 g ÷ 2 kg F2 precizitātes klases		R

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
			1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 50 kg	0,033 mg 0,040 mg 0,053 mg 0,066 mg 0,083 mg 0,10 mg 0,16 mg 0,33 mg 0,83 mg 1,6 mg 3,3 mg 26 mg 53 mg 100 mg 0,27 g	50 mg ÷ 50 kg M1 precizitātes klases 1 mg ÷ 50 kg <i>The uncertainty values of the calibrated weights correspond to:</i> <i>F1 accuracy class 1 g ÷ 2 kg</i> <i>F2 accuracy class 50 mg ÷ 50 kg</i> <i>M1 accuracy class</i> <i>1mg ÷ 50 kg</i>		

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
15.	Vertikālās cilindriskās tilpnes (rezervuāri)/ <i>Vertical cylindrical tanks</i>	Tilpums/ <i>Volume</i>	100 m ³ ÷ 50000 m ³	0,25 %	TRM.KM.16-06 “Vertikālo cilindrisko tilpņu kalibrēšanas (graduēšanas) metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.16-06 “Vertical cylindrical tanks calibration (graduation) method” (01.08.2022)</i>	1	Ā
16.	Mērlentes, mērlentes ar atsvaru šķidrums līmeņa mērīšanai tilpnēs, metri, lineāli/ <i>Measuring tapes; measuring tapes with weight for gauging the liquid level in tanks; meters, rules</i>	Garums/ <i>Lengths</i>	Mērlīnēji 0 ÷ 1 m <i>Measuring rules 0 ÷ 1 m</i>	(0,13+0,026·L) mm, kur L-metros <i>where L in meters</i>	Metode TRM.KM.19-16 “Mērlentu, mērlentu ar atsvaru šķidrums līmeņa mērīšanai tilpnēs, metru un lineālu kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.19-16 “Measuring tapes, measuring tapes with weight for gauging the liquid level in tanks, meters, rules calibration method” (01.08.2022)</i>		R
			Mērlentes, mērlīnēji 0 ÷ 5 m <i>Measuring rules, tapes 0 ÷ 5 m</i>	(0,18+4·10 ⁻³ ·L) mm, kur L-metros <i>where L in meters</i>			
			Mērlentes 0 ÷ 50 m	(0,22+3,6·10 ⁻³ ·L) mm, kur L-metros			

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
			<i>Measuring tapes 0 ÷ 50 m</i>	<i>where L in meters</i>			
17.	Mērstieni šķidrums līmeņa mērīšanai tilpnēs/ <i>Dipsticks used for gauging the liquid level in tanks</i>	Garums/ <i>Lengths</i>	0 ÷ 5 m	(0,19+3,8·10 ⁻³ ·L) mm, kur L-metros <i>where L in meters</i>	Metode TRM.KM.20-16 “Mērstieņu šķidrums līmeņa mērīšanai tilpnēs kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.20-16 “Dipsticks used for gauging the liquid level in tanks calibration method” (01.08.2022)</i>		R
18.	Bīdinstrumenti/ <i>Vernier caliper</i>	Garums/ <i>Lengths</i>	0 ÷ 1000 mm; ied.v. 0,01 mm <i>resolution 0,01 mm</i>	(5,8+0,22·L) μm, kur L-metros <i>where L in meters</i>	Metode TRM.KM.21-17 “Bīdmēru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.21-17 “Vernier caliper calibration method” (01.08.2022)</i>		R, Ā
			0 ÷ 1000 mm; ied.v. 0,02 mm <i>resolution 0,02 mm</i>	(11+0,12·L) μm, kur L-metros <i>where L in meters</i>			
			0 ÷ 1000 mm;	(29+0,06·L) μm, kur L-metros <i>where L in meters</i>			

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
			ied.v. 0,05 mm <i>resolution 0,05 mm</i>				
			0 ÷ 1000 mm; ied.v. 0,1mm <i>resolution 0,1 mm</i>				
19.	Mikrometri/ <i>Micrometers</i>	Garums/ <i>Lengths</i>	0 ÷ 100 mm; ied.v. 0,01mm <i>resolution 0,01 mm</i>	(4,3+22,2·L) μm, kur L-metros <i>where L in meters</i>	Metode TRM.KM.22-17 “Mikrometru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.22-17 “Micrometers calibration method” (01.08.2022)</i>		R, Ā
			0 ÷ 100 mm; ied.v. 0,001mm <i>resolution 0,001 mm</i>	(0,64+2·10 ⁻³ ·L) μm, kur L-metros <i>where L in meters</i>			
20.	Sieti/ <i>Test sieves</i>	Garums/ <i>Lengths</i>	38 μm ÷ 900 μm 1 mm ÷ 2 mm 2,24 mm ÷ 125 mm	2,0 μm 9,0 μm 0,006 ÷ 0,012 mm	Metode TRM.KM.23-17 “Sietu kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.23-17 “Test sieves calibration method” (01.08.2022)</i>		R

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
21.	Automātiskās šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmas/ <i>Automatic liquid level and temperature measuring system</i>	Garums/ <i>Lengths,</i>	0 ÷ 30 m	0,9 mm	Metode TRM.KM.24-17 “Automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu kalibrēšanas metode” (07.12.2023.)/ <i>Method TRM.KM.24-17 “Automatic liquid level and temperature measuring system calibration method” (07.12.2023)</i>	1	Ā
		Temperatūra/ <i>temperature</i>	-25 °C ÷ + 75 °C	0,14 °C			
22.	Gaisa mitruma mērīšanas ierīces/ <i>Air Humidity measuring devices</i>	Gaisa relatīvais mitrums/ <i>Relative humidity of air</i>	10 % RM ÷ 98 % RM (20 °C ÷ 25 °C)	1,2 ÷ 2,0 % RM	Metode TRM.KM.25-19 “Gaisa mitruma mērīšanas ierīces kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.25-19 “Air Humidity measuring devices calibration method” (01.08.2022)</i>		R
			10 % RM ÷ 98 % RM (10 °C ÷ 20 °C 25 °C ÷ 40 °C)	2,5 ÷ 5,0 % RM			
23.	Ceļa mērīšanas riteņi/ <i>Road measuring wheels</i>	Garums/ <i>Lengths</i>	Iedaļas vērtība/ <i>Scale division</i> 1 cm ÷ 10 cm	0,058 %	Metode TRM.KM.26-19 “Ceļa mērīšanas riteņu kalibrēšanas metode” (19.12.2025.)/ <i>Method TRM.KM.26-19</i>		R

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods¹</i>	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites²</i>
					“Road measuring wheels calibration method” (19.12.2025)		
24.	Indikatori/ <i>Indicator</i>	Garums/ <i>Lengths</i>	0-100 mm ied.v. 0,01 mm <i>resolution 0,01 mm</i>	$(5,8+2 \cdot 10^{-4} \cdot L) \mu\text{m}$, kur L ir metros <i>where L in meters</i>	Metode TRM.KM.27-19 “Indikatoru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.27-19 “Indicator calibration method” (01.08.2022)</i>		R, Ā
			0-100 mm ied.v. 0,001 mm <i>resolution 0,001 mm</i>	$(0,61+2 \cdot 10^{-3} \cdot L) \mu\text{m}$, kur L ir metros <i>where L in meters</i>			
25.	Dinamometriskās atslēgas/ <i>Torque wrenches</i>	Griezes moments/ <i>Torsional moment</i>	10 Nm ÷ 400 Nm	0,30%	Metode TRM.KM.28-20 “Dinamometrisko instrumentu kalibrēšanas metode” (01.10.2022.)/ <i>Method TRM.KM.28-20</i> “Dynamometric instruments calibration method” (01.10.2022)		R
26.	Refraktometri/ <i>Refractometers</i>	Gaismas laušana/	1,30 n_D ÷ 1,70 n_D 0 ÷ 95 %, masa/massa	0,8 $10^{-4} n_D$ 0,02 %, masa/ <i>mass</i>	Metode TRM.KM.33-22 “Refraktometru kalibrēšanas metode” (01.08.2022.)/ <i>Method TRM.KM.33-22</i>	1	R, Ā

Nr. p.k./ No	Kalibrēšanas un mērīšanas spēja (CMC)/ <i>Calibration and measurement capability (CMC)</i>						
	Kalibrēšanas objekts/ <i>Object of calibration</i>	Mērlielums/ <i>Measurand</i>	Diapazons/ <i>Range</i>	Paplašinātā mērīšanas nenoteiktība, kuras pārklājuma iespējamība ir aptuveni 95 %/ <i>Extended measurement uncertainty, with a coverage of approximately 95%</i>	Normatīvi tehniskās dokumentācijas numurs un nosaukums, standarti, metodes/ <i>Number and name of the regulatory – technical documentation, standards, methods</i> ¹	Informācijas avots/ <i>Source of information</i>	Darbības vietas/ <i>Sites</i> ²
		<i>Refraction of light</i>			<i>“Refractometers calibration method” (01.08.2022)</i>		

¹ Institūcija norāda tos dokumentus, kuros noteiktas konkrētas prasības un kuru izpildi apliecina Institūcija, un kuru izpildi (kritērijus) novērtē LATAK akreditācijas procedūru ietvaros, t.sk. reglamentējošos dokumentus, kuros noteikti konkrēti metožu izpildes kritēriji vai pieļaujamās robežvērtības, ja Institūcija izsaka atbilstības paziņojumus/ *The body shall indicate those documents prescribing specific requirements, the compliance with which is certified by the body and the fulfilment (criteria) of which is assessed by LATAK as part of the accreditation procedures, including the regulatory documents setting out specific performance criteria or limit values, if the body makes statements of conformity*

² Uzrāda, ja ir vairākas darbības vietas, kā arī darbības veic ārpus pastāvīgās darbības vietas, piem., “pie klienta”/ *Shows if there are multiple locations, including actions taken outside the permanent location, such as “at the customer”*

G. Jaunbērziņa-Beitika
Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
Direktors/-e
State agency “Latvian National Accreditation Bureau”
Director

U. Zilbere
Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs/-a
Chair of accreditation committee

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP